

**Projekt:**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
------	-----	-------------	----	----

**Klinikbett Anforderungen**

Erfüllt die neuesten Vorschriften hinsichtlich Stabilität, Abmessungen und Sicherheit der DIN EN 60601-2-52  
 Ja / Nein

Sichere Arbeitslast mindestens 250 kg  
 Angeboten .....kg

Produktgewicht kleiner 150 kg  
 Angeboten .....kg

Außenmaße (inkl. Verkürzung/Verlängerung)  
 Gesamtlänge Kurz .....cm  
 Gesamtlänge Standard .....cm  
 Gesamtlänge Lang .....cm

Gesamtbreite  
 Seitengitter oben .....cm  
 Seitengitter unten .....cm

**Liegefläche**

Liegeflächenmaß ca. 200 x 90 cm  
 Angeboten .....cm

Zulässige Matratzenmaße:  
 Mindest-Sollbereich Höhe: von 13 bis 18 cm  
 Höhe von ..... bis .....cm  
 Länge von ..... bis .....cm  
 Breite von ..... bis .....cm

Viergeteilte Liegefläche  
 Ja / Nein

Liegeflächenteile sollten leicht abnehmbar sowie großflächig glatt zur einfachen Desinfektion sein  
 Ja / Nein

Beschreibung der Flächen, Kanten, Glattheit etc.  
 .....  
 .....  
 .....

Projekt:

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Liegeflächendesign, das auch mit einer Standard-Schaumstoffmatratze eine bessere Dekubitusprophylaxe ermöglicht als eine flache Liegefläche, z.B. die vergrößerte Auflagefläche durch eine leichte Wölbung		
			Ja / Nein	
		Tiefste Stellung der Liegefläche gleich (bei 150 mm Rollen)	34,5 cm	
		Angeboten .....cm		
		Optional: Liegeflächendesign, gerade		
			Ja / Nein	
		Optional: Tiefste Stellung der Liegefläche gleich (bei 150 mm Rollen)	36 cm	
		Optional: Angeboten .....cm		
		Höhenverstellbereich der Liegefläche mind. 40 cm		
		Angeboten .....cm		
		Trendelenburglage (+12°/ -12°)		
		Angeboten .....°		
		Integrierte Liegeflächenverlängerung und –verkürzung inkl. Matratzendeck um jeweils mind. 11 cm		
			Ja / Nein	
		Gesamtlänge Kurz .....cm		
		Gesamtlänge Standard .....cm		
		Gesamtlänge Lang .....cm		
		<b>Bedienung</b>		
		Elektrische Verstellmöglichkeiten: Rückenlehne, Oberschenkel, Betthöhe, Trendelenburg, CPR (Cardio Pulmonale Reanimation)		
			Ja / Nein	
		Ergonomische Bedienfelder für das Pflegepersonal an der Längsaußenseite des Bettes mit Eintastensteuerung, so dass nur eine Taste gedrückt werden muss, um die Bettenverstellung zu initiieren		
			Ja / Nein	
		Ergonomische Bedienfelder für den Patienten an der Innenseite des Bettes mit Eintastensteuerung, so dass		

Projekt:

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		nur eine Taste gedrückt werden muss, um die Bettenverstellung zu initiieren		
			Ja / Nein	
		Patienten-Handscharter ebenfalls mit Eintastensteuerung und in mindestens drei Varianten erhältlich, um je nach Bedarf dem Patienten nur gewisse Funktionen zu erlauben		
			Ja / Nein	
		Bitte Funktionen je Variante auflisten, z.B. Auto-Chair / Rückenlehne / Oberschenkel / Höhe		
		Variante 1: .....		
		Variante 2: .....		
		Variante 3: .....		
		Variante 4: .....		
		Sperrfunktion/-box für das Pflegepersonal mit Einzelsperrung der Bettfunktionen		
			Ja / Nein	
		Voreinstellung mit nur einem Tastendruck: Herzbett-/Stufenbettstellung bzw. Auto-Chair		
			Ja / Nein	
		Schonende Rücklagerung aus der Sitzposition, bei der die Beinabsenkung erst einsetzt, wenn die Rückenlehne auf dem gleichen Niveau angekommen ist		
			Ja / Nein	
		Zusätzlich zur elektrischen CPR auch beidseitige CPR-Handgriffe zur schnellen, manuellen Patientenflachlagerung		
			Ja / Nein	
		Bei Verstellung der Rückenlehne Pause bei ca. 30° zur Unterstützung der Pflegekraft diese Position einzustellen		
			Ja / Nein	
		<b>Allgemeine Anforderungen</b>		
		Unterbettleuchten, die den seitlichen Ausstiegsbereich beleuchten		
			Ja / Nein	
		Bettzeugablage am Fußende integriert		
			Ja / Nein	

Projekt:

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Beidseitige DIN-Normhalterung mit Aufnahmehaken an beiden Längsseiten des Bettes		
			Ja / Nein	
		Vier horizontal wirkende, groß dimensionierte Wandabweisrollen		
			Ja / Nein	
		Integrierte Aufnahmen für den Patientenaufrichter rechts und links hinter dem Kopfteil		
			Ja / Nein	
		Aufnahmehülsen für Infusionsständer an allen vier Ecken des Bettes		
			Ja / Nein	
		Insgesamt mindestens sechs Aufnahmehülsen für Zubehör am Bett		
			Ja / Nein	
		Kopf- sowie Fußteil jeweils aus qualitativ hochwertigem und unzerbrechlichem ABS-Kunststoff, mit und ohne Verriegelung am Rahmen erhältlich		
			Ja / Nein	
		TENTE Integral-Leichtlaufrollen mit Ø 125 / 150 mm bzw. 150 mm Doppellaufrollen (wählbar) oder gleichwertig		
		Fabrikat .....		
		Durchmesser .....mm		
		Laufrollen mit Zentralfeststellung/ Richtungsfeststellung, frei wählbare Lenkrolle		
			Ja / Nein	
		Bremsen mit abrutschsicheren Trittstangen und Bremsstange am Fußende		
			Ja / Nein	
		Optional: Bremsen mit abrutschsicheren Tritthebeln		
			Ja / Nein	
		Optional: 5. Rolle (mittig angeordnet)		
			Ja / Nein	
		Optional: Höhenverstellung über gesichertes Fußpedal		

**Projekt:**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
			Ja / Nein	
		Winkelanzeige für Rückenlehne und Oberschenkel		Ja / Nein
		<b>Technische Anforderungen</b>		
		Klassifizierung nach MDD 93/42/EWG (MPG) Klasse 1		Ja / Nein
		EPR-Netzkabel und Netzkabelhalter		Ja / Nein
		Vibrationsarme Hochleistungsmotoren		
		Fabrikat .....		
		Leistung .....		
		Wartungsfreier Hochleistungsakku mit akustischem Tiefentladungsalarm		Ja / Nein
		Technische Daten .....		
		Geeignet zur manuellen Wischdesinfektion, Schutzart IP 54		Ja / Nein
		<b>Service- und Wartungsanforderungen</b>		
		Leichte Zugänglichkeit und Plug & Play-Komponenten, d.h. dass Arbeiten an den Motoren, der Steuerung, Batterie, Bremsen und Rollen direkt vor Ort, innerhalb weniger Minuten und von einer Person ausgeführt werden können		Ja / Nein
		Servicezeiten für den Austausch folgender Komponenten durch einen geschulten Servicetechniker		
		Sicherheitsseite .....		Minuten
		Motor Rückenlehne .....		Minuten
		Motor Oberschenkel .....		Minuten
		Motor Höhenverstellung .....		Minuten
		Kontrollbox .....		Minuten
		Handbedienung .....		Minuten

**Projekt:**

<b>Pos.</b>	<b>St.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EP</b>	<b>GP</b>
-------------	------------	--------------------	-----------	-----------

Netzteil ..... Minuten  
Batterie ..... Minuten  
Rolle (einzeln) ..... Minuten

Fabrikat: .....

Typ: .....

Preis: \_\_\_\_\_